

КОНТРОЛЬ RANDOX СК-МВ CONTROL
арт. СК 1212

ЛОТ	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4615СК	КФК-МВ фракция	СК-МВ Serum Start 37 град.	У/л	135	159	183	24	12
		СК-МВ Substrat Start 37 град.	У/л	132	155	178	23	11,5
	КФК общая	СК-НАС	У/л	221	259	297	38	19