

**Контроль высокочувствительного  
С-реактивного белка уровень 1  
Арт. СР 2476**

Лот	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
2750CP	мг/л	0,85	1,13	1,41	0,28	0,14