

Калибратор специфических белков, арт. IT2691		Кал 1	Кал 2	Кал 3	Кал 4	Кал 5
		Лот	Лот	Лот	Лот	Лот
		2005	2006	2007	2008	2009
ТЕСТ	Ед. изм.					
АСЛО	IU/ml					599
Комплемент С3	g/l	0,34	0,68	1,36	2,72	5,43
Комплемент С4	g/l	0,09	0,19	0,38	0,76	1,52
С-Реактивный белок	mg/l	12,2	24,4	48,7	97,4	194,8
Ферритин	ng/ml	25,4	49,4	105,3	226,2	445,6
Гаптоглобин	g/l	0,24	0,47	0,95	1,9	3,79
Ig A (не разб)	g/l					
Ig A (разб 1:20)	g/l					
Ig G (не разб)	g/l					
Ig G (разб 1:20)	g/l					
Ig M (не разб)	g/l	0,27	0,53	1,07	2,13	4,26
Ig M (разб 1:20)	g/l	0,013	0,025	0,051	0,101	0,203
Преальбумин	g/l	0,05	0,1	0,2	0,4	0,81
Ревматоидный фактор	IU/ml	7,9	22,9	49,5	75,7	97,1
Трансферрин	g/l	0,32	0,65	1,3	2,6	5,19