

Калибратор специфических белков, арт. IT2691		Кал 1	Кал 2	Кал 3	Кал 4	Кал 5
		Лот 2025	Лот 2026	Лот 2027	Лот 2028	Лот 2029
ТЕСТ	Ед. изм.					
АСЛО	IU/ml					567
Комплемент С3	g/l	0,33	0,67	1,33	2,66	5,32
Комплемент С4	g/l	0,1	0,2	0,4	0,79	1,59
С-Реактивный белок	mg/l	13	25,9	51,9	103,8	207,5
Ферритин	ng/ml	25,4	51,2	102	201,5	464,3
Гаптоглобин	g/l	0,23	0,47	0,93	1,86	3,72
Ig A (не разб)	g/l	0,33	0,67	1,33	2,66	5,32
Ig A (разб 1:20)	g/l	0,016	0,032	0,063	0,127	0,253
Ig G (не разб)	g/l	2,19	4,39	8,78	17,56	35,11
Ig G (разб 1:20)	g/l	0,104	0,209	0,418	0,836	1,672
Ig M (не разб)	g/l	0,23	0,45	0,9	1,81	3,61
Ig M (разб 1:20)	g/l	0,011	0,021	0,043	0,086	0,172
Преальбумин	g/l	0,05	0,1	0,2	0,39	0,79
Ревматоидный фактор	IU/ml	8,8	23,4	48,5	70,5	96,9
Трансферрин	g/l	0,32	0,65	1,3	2,6	5,19