

Английский язык

## ПРОГРАММА ПО СЕРОЛОГИИ СИФИЛИС: RQ9154

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАБОРА И ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ

Убедитесь, что в наборе присутствует правильное количество образцов, а также, что Ваши образцы соответствуют параметрам, указанным ниже в разделе «ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА». Убедитесь, что ни один из флаконов не поврежден и немедленно уведомьте Вашего представителя «Рендокс» в случае любых несоответствий. В завершение, зайдите в личный кабинет на сайте [www.riqas.net](http://www.riqas.net) для подтверждения точной даты получения данного набора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

12 образца на цикл, поставляются в упаковках по 6 штук. Данная упаковка содержит 6 флаконов с жидкими образцами (6 x 1 мл). Флаконы имеют этикетки, на которых указан номер образца.

### ПОДГОТОВКА/ХРАНЕНИЕ/СТАБИЛЬНОСТЬ ОБРАЗЦОВ

Образцы готовы к использованию. Во избежание испарения, закройте флакон пробкой сразу после использования и храните при температуре 2-8°C. Перед использованием убедитесь, что образцы полностью однородны, аккуратно взбалтывая флакон. Не встряхивать флакон. Все образцы следует хранить вместе и результаты передать в «РИКАС» до нижеуказанной даты. Данные образцы следует подготавливать и обращаться с ними таким же образом, как и с образцами пациентов. Проведите анализ образца в течение 2-х суток после открытия.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

**Внимание: Потенциально биологически опасный материал. Материал биологического происхождения. Обращаться как с потенциально опасным материалом.**

Материал человеческого происхождения, из которого состоит настоящий продукт, был проверен на уровне доноров на ВИЧ (ВИЧ 1, ВИЧ 2), поверхностный антиген вируса гепатита В и гепатит С, и дал ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат. Данное тестирование было проведено по протоколам, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. **Однако, так как ни один из методов тестирования не дает полной гарантии отсутствия инфекционных агентов, обращаться и утилизировать данный материал и все образцы пациентов следует как потенциально опасные.**

Только для использования IN VITRO.

\* **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Результаты исследований должны поступить в «РИКАС» не позднее 17:00 по Гринвичу (20:00 по МСК) ФИНАЛЬНОЙ ДАТЫ (дата окончания приема результатов). Если проведение анализа в РЕКОМЕНДУЕМУЮ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА не обеспечивает достаточное количество времени для отправки результатов, рекомендуется проводить анализ раньше, чтобы успеть отправить результаты до финальной даты. Опоздавшие результаты не будут приняты после финальной даты для следующего образца.

ПРОГРАММА ПО СЕРОЛОГИИ СИФИЛИС  
ДАТЫ ОТПРАВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЦИКЛ 13А

НОМЕР ОБРАЗЦА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА	ФИНАЛЬНАЯ ДАТА
1	24.06.2024	01.07.2024
2	29.07.2024	05.08.2024
3	26.08.2024	02.09.2024
4	30.09.2024	07.10.2024
5	28.10.2024	04.11.2024
6	25.11.2024	02.12.2024

**RANDOX**