

**Контроль высокочувствительного С-
реактивного белка уровень 2
Арт. CP2477**

Лот	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
2729CP	мг/л	3,48	4,34	5,2	0,86	0,43