

**Контроль высокочувствительного С-  
реактивного белка уровень 2  
Арт. CP2477**

Лот	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
2786CP	мг/л	3,21	4,01	4,81	0,8	0,4