

**Калибратор высокочувствительного  
С-реактивного белка  
Арт. СР2478**

ТЕСТ	Ед. изм.	Лот 2787	Лот 2788	Лот 2789	Лот 2790	Лот 2791	Лот 2792
С-Реактивный белок	mg/l	0	0,53	1,07	1,6	5,34	10,67