

Калибратор микроальбумина
Арт. МА1567

ТЕСТ	Ед. изм.	1997	1022	1023	1024	1025	1026
Микроальбумин в моче	mg/l	0	8,3	18,3	47,1	95,7	194,5